

CERTIFICAAT

Artikel 7 - Metrologiewet

Overeenstemmingsmerkteken
Sign of certification seal

Zie weegtoestel

Nummer certificaat
Number of the verification certificate

1 2 0 8 0 7
Weegbrug 1

Object <i>Object of verification</i>	: Voertuigweegbrug	Toelating <i>Approval</i>	: D0109008
Fabricaat <i>Manufacturer</i>	: PFISTER	Nauwkeurigheidsklasse <i>Accuracy class</i>	: III
Type <i>Type</i>	: VDBKG	Minimale belasting <i>Minimum load</i>	: 500 kg
Aanwijseenheid <i>Instrument</i>	: DWT400 A Serienr.64200201	Maximale belasting <i>Maximum load</i>	: 70.000kg
Datum <i>Date of verification</i>	: 28/06.2017	Kleinste meeteenheid <i>Smallest measuring step</i>	: 20 kg
Aanvrager	: Asphalt Productie Amsterdam B.V. Amerikahavenweg 6 1045 AC AMSTERDAM	Schaaldeel "e" <i>Verification "e"</i>	: 20 kg

Opmerking

Tijdens de Herhaalde Overeenstemmingsbeoordeling artikel 7 Metrologiewet zijn de meetwaarden binnen de toegelaten toleranties gebleven.

During calibration the measuring values were, according the applied test criteria, within the allowed tolerances;

Toegelaten handelstoleranties: +/- 20 kg in het meetbereik van 500 kg tot 10.000 kg.
Allowed tolerances for trade +/- 40 kg in het meetbereik van 10.000 kg tot 40.000 kg.
+/- 60 kg in het meetbereik van 40.000 kg tot 70.000 kg.

De toegepaste meetmiddelen zijn afgeleid van de nationale standaarden van Nederland in beheer van het Nederlands Meet Instituut te Delft.

The measuring values applied are taken from the national units of measure of the Dutch Weights and Measurement Authorities

Dit certificaat draagt geen enkele geldigheid wanneer niet voorzien van ondertekening door Erkende Keurder. Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van Pfister Weegtechniek B.V.

Verification certificates without signature are not valid. This verification certificate shall not be reproduced except in full without written permission of PFISTER Weegtechniek BV.

Oosterhout, 5 juli 2017



S. Riewald

Pfister Weegtechniek BV
Technologieweg 6
NL - 4906 AC Oosterhout

Tel: +31 (0)162 - 430450
Fax: +31 (0)162 - 432624
office@pfisterweegtechniek.nl

Bankrekening: 14.51.52.510
IBAN: NL32RABO0145152510
BIC: RABONL2U

Directeur: Bas van Leijssen
BTW-nr.: NL - 8181.48.081-B01
KvK-nr.: 201 30591 (N-Br.)